



**RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR**

**INTERESSADOS:**

- 74532136 - RAWAN RABELO FERRAZ VIANA
- 74534967 - JOSE NUNES DE OLIVEIRA NETO
- 74562638 - PEDRO LEONARDO SANTANA SILVA
- 74740267 - ALLAN CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA

**OBJETO:**

Gabarito Preliminar / ODONTOLOGO(402019) / Questão 060

**RELATÓRIO:**

Trata-se de recurso impetrado pelo candidato com o argumento de que "Vários localizadores apicais eletrônicos de 3ª geração, como o Just II, TriAuto ZX, Apex Finder AFA, Endex, Apit, Bingo 1020, e principalmente o Root ZX têm sido bastante investigados. O Root ZX utiliza o cálculo de relação das impedâncias para duas diferentes frequências (400 Hz e 8 kHz) entre eletrodos, permitindo a localização do forame tanto em canais secos como em presença de umidade (sangue, exsudato ou soluções irrigadoras como hipoclorito de sódio) ou de tecido pulpar. Alguns estudos têm mostrado que ele também é eficiente para medir dentes decíduos e dentes permanentes submetidos à RETRATAMENTO ENDÔDONTICO (KLASENER, 2012). A PARTIR DA 3ª GERAÇÃO OS LOCALIZADORES POSSIBILITAM O SUCESSO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM CASOS DE RETRATAMENTO. O GABARITO DEVE CONSTAR COMO O ITEM ESTA CORRETO." [sic]

**FUNDAMENTAÇÃO:**

Assiste razão o(a) recorrente, tendo em vista que a questão avalia conhecimento não previsto no conteúdo programático constante no Edital de Abertura do Concurso Público em questão.

**DECISÃO:**

Recurso conhecido para, ao final, ser DEFERIDO. A questão combatida deve ser ANULADA, em razão de não constar o assunto no Edital de Abertura do Concurso Público em questão.

COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO

PAULO VINÍCIUS BRANDÃO RIBEIRO  
Presidente